

		Personnes compétentes pour la maintenance	Type de contrat de maintenance	diaphragme bas de colonne	remplaceme nt filament LaB6	chgt filtre et huile pomper à palette	detecteur niveau oxygene
				fréquence	fréquence	fréquence	fréquence
CMEAB	MET HT7700	DG BP	Garantie		à la rupture		
	MEB 250 FEI	DG BP	Garantie	quand diaphragme sale		semestrielle	
	salles ME4, ME6, ME12	DG BP					test avant chaque utilisation d'N2 liquide

Liste des personnes compétentes pour la maintenance des systèmes

CMEAB	DG	Dominique Goudouneche
	BP	Bruno Payré