

	Mode Opérateur	Indice : 03
	Vérification et Maintenance Cytométrie	

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Ce document décrit les modes opératoires pour vérifier et entretenir les équipements de cytométrie et de trieur cellulaire de la PF d'imagerie TRI.

SUIVI DES MODIFICATIONS

Date	Indice	Nature modification
15.02.09	01	Création
21.07.10	02	Lien vers tableau de fréquence de maintenance
22.11.12	03	Modification nettoyage site acquisition nvx equipments

Rédigé par : A.Le Ru 	Validé par: C.Pouzet 
---	---

	Mode Opérateur	Indice : 03
	Vérification et Maintenance Cytométrie	

Sommaire

Maintenances	3
Net-01 : nettoyage complet FACS Calibur	3
Net-02 : nettoyage complet BD LSR Fortessa	3
Net-03 : nettoyage complet FC 500	3
Net-04 : nettoyage complet FACS Aria	3
Net-05 : nettoyage complet BD FACSVerser	3
Net-06 : nettoyage complet BD Influx	3
Vérifications	4
Cal : passage du kit calibre III	4
APC : passage du kit calibre III + APC	4
DNA : passage du kit DNA QC	4
Passage de CS&T	6
Alignement & QC BDInflux	6

	Mode Opératoire	Indice : 03
	Vérification et Maintenance Cytométrie	

Cf **tableau fréquence maintenance cytométrie** pour la liste des vérifications et entretien à effectuer en fonction des équipements.

Maintenances

Net-01 : nettoyage complet FACSCalibur/*FACSCAN*

Cf document fournisseur "Procédures FACSCalibur / Procédure hebdomadaire de maintenance"

Pensez à éteindre la pompe de facs flow pour ne pas avoir de rejets de facs flow.

Net-02 : nettoyage complet BD LSR^{II} Fortessa

Cf document fournisseur « Procédure de maintenance BDB FR Rev 02/10 Fortessa-Diva » (Classeur Fortessa Tutoriel), en remplaçant en alternance la solution de Javel (BD FACSClean) par la solution détergent (BD FACSRinse).

Net-03 : nettoyage complet FC 500

Cf document fournisseur "Flux Pratiques_05_Rinçage"

Net-04 : nettoyage complet FACS Aria

Cf document fournisseur "Décontamination de l'appareil / BDB FR Rév 0508 Aria I-Diva 5"

Net-05 : nettoyage complet BD FACSVerse

Cf document fournisseur « BD FACS VERSE System User's guide 23-11463-00 REV .016/2011 New Document, p 172 à 178 » (Classeur FACS Verse Tutoriel)

Net-06 : nettoyage complet BD Influx

Cf document fournisseur, BD Influx Operator Course, chapitre 8, en remplaçant en alternance la solution de Javel (BD FACSClean) par la solution détergent (BD FACSRinse).

	Mode Opératoire	Indice : 03
	Vérification et Maintenance Cytométrie	

Vérifications

Cal : passage du kit calibrite III

- Prendre les billes calibrite III et les billes APC au réfrigérateur et les vortexer.
- Préparer :
 - tube A avec 1mL de facs flow ou PBS+ 1goutte de billes unlabelled (tube blanc)
 - tube B avec 3 mL de facs flow ou PBS + 1goutte de chaque tube : 1 unlabelled (tube blanc) + 1 FITC (tube vert) + 1 PE (tube rouge) + 1 PerCP (tube rose).
- Lancer le soft FACS Comp
- Renseigner les références des billes
- Choisir les tests lyse/ wash et lyse/no wash
- Suivre la procédure à l'écran ; les résultats sont enregistrés automatiquement
- Vérifier que :
 - la colonne resultat indique *Pass* pour tous les types de billes.
 - Blue laser current : au environ de 7.5 A.
 - Blue laser power : au environ de 15mW.
 - Compensation : comparer avec les derniers résultats, la différence doit être inférieure à 10%.
 - Comment: time delay calibration **passed**.

NB : En cas de message d'erreur indiquant « failed » au niveau d'un des types de billes, remettre un goutte de ces billes dans le tube après les avoir bien vortexer et relancer l'aquisition.

APC : passage du kit calibrite III + APC

Idem que protocole **Cal** sauf qu'on ajoute des billes APC à la préparation de la façon suivante:

- tube A avec 1mL de facs flow ou PBS+ 1goutte de billes unlabelled (tube blanc) + 1 goutte de billes APC (tube turquoise)
- tube B avec 3 mL de facs flow ou PBS + 1goutte de chaque tube : 1 unlabelled (tube blanc) + 1 FITC (tube vert) + 1 PE (tube rouge) + 1 PerCP (tube rose) + 1 APC (tube turquoise)

DNA : passage du kit DNA QC

- Préparer 3 tubes :
 - A : 40µL du tube A (CEN) + 1mL du tube D (iodure propidium).

	Mode Opératoire	Indice : 03
	Vérification et Maintenance Cytométrie	

- B : 40µL du tube B (CTN) + 1mL du tube D (iodure propidium).
- Billes : 1 goutte du tube C (bille de 2µm) dans 1 mL de fcs flow ou PBS 1X.

- Mettre dans la glace pendant 10 minutes
- Ouvrir Cells Quest Pro et les fenêtres
 - Acquire/connect to cytometer
 - Cytometer/detector-amps
 - Acquire/ counter
- Ouvrir le document d'analyse (file/open/desktop/lbcmcp/test cycle/CEN ou CTN)

Tube A (CEN)

- Définir le nom du document (« CEN ») et son emplacement (*desktop/LBME, IBCG, CBD/CBD/maintenance*) dans un dossier à la date du jour.
- Mettre le tube A, RUN et LOW
- Régler le FL2 puis FL-2A et FL-2W pour que les 1^o pics des histogrammes FL-2A et FL-2W soit sur 200.
- Lancer l'acquisition

Tube B

- Définir le nom du document (« CTN ») et son emplacement (*desktop/LBME, IBCG, CBD/CBD/maintenance*) dans un dossier à la date du jour.
- Régler le FL2 puis FL-2A et FL-2W pour que les 1^o pics des histogrammes FL-2A et FL-2W soit sur 200.
- Lancer l'acquisition
- Vérifier que sur le dot plot FL2-A/FL2-W on sépare bien les populations G0/G1 et G2/M

Billes

- Définir le nom du document (« CTN ») et son emplacement (*desktop/LBME, IBCG, CBD/CBD/maintenance*) dans un dossier à la date du jour.
- Passer les billes, centrer le pic sur 200 aussi en réglant les PMT FL2 et FL2-A.
- Lancer l'acquisition

NB : à savoir de le Cv est considéré comme bon jusqu'à une valeur de 3,5.

Faire un bilan des résultats d'après la feuille de résultats compte rendu, vérifier que les valeurs soient inférieurs au seuil définis par le test, nommer et enregistrer la feuille de résultats sous le nom bilan_AAAA-MM-JJ dans un dossier à la date du jour.

Passage de CS&T

Cf notice "CS&T" bead pour la préparation des bille de calibration

Cf notice "CS&T application guide" page 91 pour la mise en oeuvre de la calibration

	Mode Opérateur	Indice : 03
	Vérification et Maintenance Cytométrie	

CS&T pour FacsVerse : Performance QC avec billes BD FACSuite CS&T Research Beads cf document 23-11463-00 Rev. 01 6/2011 New Document p71 à 73 (classeur Verse Tutoriel).

CS&T pour Fortessa avec BD Cytometer Setup Tracking Beads document BDB FR Rev 11/09 - Diva 6 CS&T. (classeur Fortessa Tutoriel).

Alignement & QC BD Influx

A&QC journalier pour BD Influx Cf document fournisseur, BD Influx Operator Course, chapitre 18.

PREPROUVE