

	MODE OPERATOIRE	INDICE 02
	ELIMINATION DECHETS – ENTRETIEN CLIMATISATION	

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Ce document décrit les modes opératoires d'élimination des déchets et entretien des climatisations sur les différents plateaux de la PF d'imagerie TRI.

SUIVI DES MODIFICATIONS

Date	Indice	Nature modification
15.02.09	01	Création
21/07/2015	02	Mise à jour

Rédigé par : A.Zakaroff



Validé par: C.Pouzet



	MODE OPERATOIRE	INDICE 02
	ELIMINATION DECHETS – ENTRETIEN CLIMATISATION	

FR3450

- Elimination des déchets :

DECHETS DANGEREUX	TYPE	LOCALISATION
Bouteilles produits toxiques (ex phenol)	<u>dechets chimiques</u>	Soute à solvants usagés
Produits toxiques périmés (dans leur emballage)	<u>dechets chimiques</u>	Soute à solvants usagés
Solvants et solutions toxiques (ex : fixateurs, colorants, resines)	<u>dechets chimiques</u>	Stockage provisoire dans bidons 5l (sous sorbonne) avant transfert soute solvants
Verre souillé (bacterio, pipettes, lames microscopie..)	<u>dechets biologiques</u>	Conteneurs jaunes "dechets biologiques" ou dechets autoclavés
Objets tranchants et coupants	<u>dechets biologiques</u>	Conteneurs jaunes " dechets biologiques"
Microorganismes, OGM	<u>dechets biologiques</u>	Conteneurs jaunes " dechets biologiques" ou inactivés (javel ou autoclave)

Suivant les règles d'élimination des déchets de l'UMR5546.

- Entretien climatisation :

- climatisation des pièces à 22°+/- 2°. Entretien géré par le laboratoire d'accueil, changement annuel des filtres par une société extérieure.

CBD

- Elimination des déchets :

Déchet biologique à la charge du client (repart avec...)

Collecte des lames d'échantillons fixés dans des safety box et élimination par l'UPS.

- Entretien climatisation :

- pièce en surpression par air filtré. Filtre vérifié tous les mois et changé tous les 1 à 2 mois par le service commun du laboratoire

- climatisation des pièces à 22°+/- 2°. Entretien géré par le laboratoire d'accueil, changement annuel des filtres par une société extérieure. Suivi de température en cours de traitement. -

- - - système d'acquisition sur onduleur. Suivi des problèmes par envoi de mail automatique de la machine vers les responsables du plateau.

	MODE OPERATOIRE	INDICE 02
	ELIMINATION DECHETS – ENTRETIEN CLIMATISATION	

LBCMCP

Cytométrie

- Les effluents de cytométrie sont éliminés dans des bidons de 10L en tant que déchets chimiques liquides et enlevés par la réserve chimique de l'UPS.
- Les déchets solides sont stockés dans des seaux et éliminés par la réserve chimique de l'UPS.

Microscopie photonique

- Elimination des déchets :

- poubelle chimique (bidon 5L)
- poubelle biologique (carton DASRI à disposition dans les laboratoires)
- poubelle verre (sharpsafe box)

Les déchets chimiques sont éliminés par la réserve chimique de l'UPS.

Les déchets biologiques en sharpsafe box (verre) ou en carton DASRI sont enlevés selon une périodicité hebdomadaire par la société Médisita pour être incinérer.

- Entretien climatisation :

- Climatisation dans la pièce 2 RDC-4R3B1, 228 2eme-4R3B2 et 4eme-4R3B1 : Vérification et maintenance annuelle par une société extérieure (Sabatier).
- Suivi de température en cours de traitement (cytomètre, FRAP, pince optique)
 - Système d'acquisition champs large et Opéretta sous onduleur
 - Système d'analyse de l'Opéretta en pièce 207 2eme-4R3B1 sans climatisation

METi

- Elimination des déchets :

- Les déchets chimiques liquides et solides sont identifiés et éliminés par des sociétés extérieures (réserve chimique et ...pour acétate d'uranyle). Pour chaque produit est fournie la fiche de sécurité fournisseur.
- L'acétate d'uranyle est éliminé en tant que déchet chimique.
- Les résines sont polymérisées avant d'être évacuées en tant que déchets solides.

- Entretien climatisation :

- climatisation des pièces à 22°+/- 2°. Entretien géré par le laboratoire d'accueil, changement annuel des filtres par une société extérieure. Suivi de température et hygrométrie par sonde avec alarme sonore.
- Renouvellement d'air : contrat de maintenance géré par le LMGM. Contrôle mensuel des filtres.

IPBS

Microscopie photonique

Service commun

- Entretien climatisation :

- climatisation des pièces à 22°+/- 2°. Entretien géré par le laboratoire d'accueil, changement annuel des filtres par une société extérieure. Pas de suivi de température.

	MODE OPERATOIRE	INDICE 02
	ELIMINATION DECHETS – ENTRETIEN CLIMATISATION	

Microscopie Intravitale et IONIPA

- Elimination des déchets :

Déchets animaux congelés et éliminés par l'animalerie
Déchets biologiques autres : safety box
Déchets chimiques : RAS

- Entretien climatisation :

- Pièce d'imagerie climatisée, sous contrat de maintenance avec vérification annuelle géré par l'AP du bâtiment.
- Armoire ventilée pour les animaux. Pas de contrat de maintenance. Changement de filtre annuellement effectué par le responsable du plateau.
- pièce chambre dorsale en dépression avec un SAS en surpression et air climatisé : le tout géré par l'AP référent du bâtiment.

Cytométrie

- Elimination des déchets :

- Les effluents de cytométrie sont javélinés et éliminés en tant que déchets chimiques aqueux.
- Evacuation dans des bidons de 20 litres
- La filière de retraitement des déchets est l'entreprise « Labo Services »
- Il y a une commande de 80 bidons de 20 litres de Facsflow par an soit 1600 litres de déchets à évacuer par an
- Les déchets solides sont stockés dans des safety-box et éliminés par l'entreprise « Labo Services »

- Entretien climatisation :

- Entretien de la climatisation par l'entreprise SNEF, changement annuel des filtres par cette société. Suivi de température régulier par le service logistique de l'IPBS.

CPTP

Microscopie photonique

- Elimination des déchets :

Déchets biologiques éliminés dans des safety box

- Entretien climatisation :

- climatisation des pièces d'imagerie à 22° +/- 2°. Entretien géré par le laboratoire d'accueil, changement annuel des filtres par une société extérieure. Pas de contrôle de température.

Cytométrie

- Elimination des déchets :

- Les effluents de cytométrie sont javélinés et enlevés par la société Triadis en tant que liquides toxiques à risque biologique UN2810.
- Les déchets biologiques solides sont stockés dans des safety box et enlevés par la société Medisita en tant que DASRI UN3291 (Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux).

	MODE OPERATOIRE	INDICE 02
	ELIMINATION DECHETS – ENTRETIEN CLIMATISATION	

- Entretien climatisation :

- Pièces climatisées à 22°+/-2°. Contrôle de la température et de l'hygrométrie par un thermomètre. Pas d'enregistrement ni d'alarme en cas de dépassement

CMEAB

- Elimination des déchets :

- élimination de tous les déchets chimiques liquides et solides par la reserve de chimie UPS sauf de l'acétate d'uranyl dont l'élimination est à l'étude via le service radioactivité de l'UPS.

- Entretien climatisation :

- Climatisation de toutes les pièces sauf la pièce de préparation des échantillons. Pas de contrôle de la température. Contrôle annuel des climatiseurs à la charge du plateau technique.

I2MC

Microscopie photonique

- Elimination des déchets :

- Les déchets biologiques solides sont stockés dans des safety box et enlevés par la société Medisita en tant que DASRI UN3291 (Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux).
- Les lampes à mercure usagées sont enlevées par la société Triadis en tant que déchets chimiques solides contenant des métaux lourds.

Entretien climatisation :

- climatisation des pièces à 20°+/- 2°. Entretien géré par le laboratoire d'accueil, changement annuel des filtres par une société extérieure.
- Des réparations sont en cours pour changer les boîtiers électroniques et les télécommandes de la clim.

Cytométrie

- Elimination des déchets :

- Les effluents de cytométrie sont javellisés et enlevés par la société Triadis en tant que liquides toxiques à risque biologique UN2810.
- Les déchets biologiques solides sont stockés dans des safety box et enlevés par la société Medisita en tant que DASRI UN3291 (Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux).

- Entretien climatisation :

- climatisation des pièces à 22°+/- 2°. Entretien géré par le laboratoire d'accueil, changement annuel des filtres par une société extérieure. Pas de suivi de t°

ITAV

- Elimination des déchets biologiques :

Déchets biologiques éliminés par la filière DASRI dans des safety box par la société MEDISITA.

- Elimination des déchets chimiques :

	MODE OPERATOIRE	INDICE 02
	ELIMINATION DECHETS – ENTRETIEN CLIMATISATION	

Déchets chimiques éliminés dans des bidons identifiés et spécifiques par la réserve chimique de l'UPS