

|             |                                                               |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>IPBS</b> | Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S | <b>juil-15</b>    |
|             |                                                               | <b>Page 1 / 2</b> |

| <b>Objet</b> | <b>Date réalisation</b> | <b>Fréquence</b> | <b>Chargé de la vérification</b> | <b>Enregistrement</b> | <b>Date prochaine réalisation</b> |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|--------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|

|                                                                 |              |           |                             |                           |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>RISQUE ELECTRIQUE</b>                                        |              |           |                             |                           |              |
| Ensemble des locaux concernés (1)                               | Fevrier 2015 | 1/an      | SOCOTEC                     | Rapport de verification   | Fevrier 2016 |
| <b>RISQUE INCENDIE</b>                                          |              |           |                             |                           |              |
| Dispositifs de désenfumage                                      | avr-15       | 1/an      | SICLI                       | Registre Hygiène/Sécurité | avr-16       |
| extincteurs                                                     | avr-15       | 1/an      | SICLI                       | Registre H/S              | avr-16       |
| Alarme incendie                                                 | avr-15       | 1/an      | SNEF/SIEMENS                | Registre H/S              | avr-16       |
| <b>RISQUE CHIMIQUE</b>                                          |              |           |                             |                           |              |
| Sorbonnes (2)                                                   | mars-15      | 1/an      | MCC                         | Registre H/S              | mars-16      |
| <b>RISQUE ANOXIE</b>                                            |              |           |                             |                           |              |
| Détecteur CO2                                                   | mars-15      | 1/an      | Service Technique IPBS      | Registre H/S              | mars-16      |
| <b>RISQUE Laser</b>                                             |              |           |                             |                           |              |
| Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)         | 2013         | 3 à 4 ans | Service ophtalmo Purpan     | Médecine préventive       | 2016/2017    |
| Contrôle des systèmes de protection (lunettes)                  |              |           |                             |                           |              |
| <b>RISQUE Biologique</b>                                        |              |           |                             |                           |              |
| Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)                        | avr-15       | 1/an      | SNEF/Service Technique IPBS | Registre H/S              | avr-16       |
| <b>SANTE SECURITE AU TRAVAIL</b>                                |              |           |                             |                           |              |
| Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail | Fevrier 2015 | 6 mois    | AP                          | Signalétique              | Fevrier 2016 |

|                        |         |      |                           |                         |         |
|------------------------|---------|------|---------------------------|-------------------------|---------|
| Ascenseurs             | mars-15 | 1/an | Service Technique<br>IPBS |                         | mars-16 |
| Evaluation des risques | juil-15 | 1 an | AP                        | Document unique<br>EvRP | juil-16 |

|             |                                                               |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>METi</b> | Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S | juil-15    |
|             |                                                               | Page 1 / 2 |

| Objet | Date réalisation | Fréquence | Chargé de la vérification | Enregistrement | Date prochaine réalisation |
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|

|                                                                 |              |        |                        |          |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------|----------|------|
| <b>RISQUE ELECTRIQUE</b>                                        |              |        |                        |          |      |
| Ensemble des locaux concernés (1)                               | janv.-15     | 1 / an | SOCOTEC                | Rapport  | 2016 |
| <b>RISQUE INCENDIE</b>                                          |              |        |                        |          |      |
| Dispositifs de désenfumage                                      | 19/05/2015   | 1 / an | Eco-Sud-Ouest          | Registre | 2016 |
| extincteurs                                                     | févr-15      | 1 / an | Desautel               | Registre | 2016 |
| Alarme incendie                                                 | janv-15      | 1 / an | SIEMENS                | Registre | 2016 |
| <b>RISQUE CHIMIQUE</b>                                          |              |        |                        |          |      |
| Sorbonnes (2)                                                   | juin-15      | 1 / an | Espace Laboratoire     | Rapport  | 2016 |
| <b>RISQUE ANOXIE</b>                                            |              |        |                        |          |      |
| Détecteur CO2                                                   | 27/05/2015   |        | Securi't               | Registre | 2016 |
| <b>RISQUE Laser</b>                                             |              |        |                        |          |      |
| Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)         | non concerné |        |                        |          |      |
| Contrôle des systèmes de protection (lunettes)                  | non concerné |        |                        |          |      |
| <b>RISQUE Biologique</b>                                        |              |        |                        |          |      |
| Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)                        |              | 1/an   |                        |          |      |
| <b>SANTE SECURITE AU TRAVAIL</b>                                |              |        |                        |          |      |
| Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail |              | 6 mois | signanisation en place |          |      |
| Ascenseurs                                                      |              | 1/an   | KONE                   | CONTRAT  | 2016 |
| Evaluation des risques                                          |              | 1 an   |                        |          |      |

|            |      |
|------------|------|
| à réaliser | 9    |
| réalisés   | 8    |
| % réalisés | 88,9 |

|             |                                                               |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CPTP</b> | Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S | <b>juil.-15</b>   |
|             |                                                               | <b>Page 1 / 1</b> |

| Objet | Date réalisation | Fréquence | Chargé de la vérification | Enregistrement | Date prochaine réalisation |
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|

|                                                                 |                       |        |                        |                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>RISQUE ELECTRIQUE</b>                                        |                       |        |                        |                         |                    |
| Ensemble des locaux concernés (1)                               | oct.-14               | 1 / an | APAVE                  | Rapport de vérification | oct.-15            |
| <b>RISQUE INCENDIE</b>                                          |                       |        |                        |                         |                    |
| Dispositifs de désenfumage                                      |                       | 1 / an |                        |                         |                    |
| extincteurs                                                     | janv-15               | 1 / an | SICLI                  | Rapport de vérification | janv.-16           |
| Alarme incendie                                                 | mars-15               | 1 / an | COFELY INEO            |                         | mars ou avril-2016 |
| <b>RISQUE CHIMIQUE</b>                                          |                       |        |                        |                         |                    |
| Sorbonnes (2)                                                   | juil.-14              | 1 / an | UVS                    | Rapport de vérification | juil.-15           |
| <b>RISQUE ANOXIE</b>                                            |                       |        |                        |                         |                    |
| Détecteur CO2                                                   | Installation Dec-2014 |        |                        |                         |                    |
| <b>RISQUE Laser</b>                                             |                       |        |                        |                         |                    |
| Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)         |                       |        |                        |                         |                    |
| Contrôle des systèmes de protection (lunettes)                  |                       |        |                        |                         |                    |
| <b>RISQUE Biologique</b>                                        |                       |        |                        |                         |                    |
| Contrôle des PSM                                                | oct-14                | 1 / an | UVS                    | Rapport de vérification | oct-15             |
| Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)                        | Changement de filtres | 4 / an | COFELY AXIMA           |                         | sept.-15           |
| <b>SANTE SECURITE AU TRAVAIL</b>                                |                       |        |                        |                         |                    |
| Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail |                       | 6 mois | Signalisation en place |                         |                    |
| Ascenseurs                                                      |                       | 1 / an | APAVE                  |                         | oct.-15            |
| Evaluation des risques                                          | nov-14                | 1 / an | Coordinatrice H/S      | Document unique         | nov.-15            |

|            |       |
|------------|-------|
| à réaliser | 9     |
| réalisés   | 9     |
| % réalisés | 100,0 |

|             |                                                               |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ITAV</b> | Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S | juil.-15   |
|             |                                                               | Page 1 / 2 |

| Objet | Date réalisation | Fréquence | Chargé de la vérification | Enregistrement | Date prochaine réalisation |
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|

|                                                         |                                                           |        |                   |          |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------|--------------|
| <b>RISQUE ELECTRIQUE</b>                                |                                                           |        |                   |          |              |
| Ensemble des locaux concernés (1)                       | Non communiqué                                            | 1 / an |                   |          |              |
| <b>RISQUE INCENDIE</b>                                  |                                                           |        |                   |          |              |
| Dispositifs de désenfumage                              | géré par l'entreprise SEMIDIAS gestionnaire du bâtiment ? | 1 / an |                   |          |              |
| extincteurs                                             | oct-14                                                    | 1 / an |                   |          | automne 2015 |
| Alarme incendie                                         | juin-15                                                   | 1 / an |                   | semidias |              |
| <b>RISQUE CHIMIQUE</b>                                  |                                                           |        |                   |          |              |
| Sorbonnes (2)                                           | 24 et 25/02/15                                            | 1 / an | UnityLab Services |          | NC           |
| <b>RISQUE ANOXIE</b>                                    |                                                           |        |                   |          |              |
| Détecteur CO2                                           | NC                                                        |        |                   |          |              |
| <b>RISQUE Laser</b>                                     |                                                           |        |                   |          |              |
| Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo) | Non communiqué                                            |        |                   |          |              |
| Contrôle des systèmes de protection (lunettes)          | Non réalisé                                               |        |                   |          |              |
| <b>RISQUE Biologique</b>                                |                                                           |        |                   |          |              |
| Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)                | NC                                                        | 1/an   |                   |          |              |
| <b>SANTE SECURITE AU TRAVAIL</b>                        |                                                           |        |                   |          |              |

|                                                                 |                                                         |      |                        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------|--|--|
| Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail |                                                         |      | Signalisation en place |  |  |
| Ascenseurs                                                      | géré par l'entreprise SEMIDIAS gestionnaire du bâtiment | 1/an |                        |  |  |
| Evaluation des risques                                          |                                                         |      |                        |  |  |

|            |      |
|------------|------|
| à réaliser | 9    |
| réalisés   | 6    |
| % réalisés | 66,7 |

|               |                                                                      |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FR3450</b> | Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S FR3450 | <b>juil.-15</b>   |
|               |                                                                      | <b>Page 1 / 2</b> |

| Objet | Date réalisation | Fréquence | Chargé de la vérification | Enregistrement | Date prochaine réalisation |
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|

|                                                         |         |                                            |                                               |                                |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISQUE ELECTRIQUE</b>                                |         |                                            |                                               |                                |                                                                         |
| Ensemble des locaux concernés (1)                       | nov-14  | 1 / an                                     | SOCOTEC                                       | Rapport<br>( contrat ENSAT )   | nov-15                                                                  |
| <b>RISQUE INCENDIE</b>                                  |         |                                            |                                               |                                |                                                                         |
| Dispositifs de désenfumage                              | avr-15  | 1 / an                                     | INEO                                          | Rapport<br>( contrat UPS )     | avr-16                                                                  |
| extincteurs                                             | déc-14  | 1 / an                                     | CHRONOFEU                                     | Rapport<br>( contrat UPS )     | déc-15                                                                  |
| Alarme incendie                                         | avr-15  | 1 / an                                     | INEO                                          |                                | avr-16                                                                  |
| <b>RISQUE CHIMIQUE</b>                                  |         |                                            |                                               |                                |                                                                         |
| Sorbonnes (2)                                           | oct.-14 | 1 / an                                     | IGIENAIR                                      | Proces verbal                  | oct-15                                                                  |
| <b>RISQUE ANOXIE</b>                                    |         |                                            |                                               |                                |                                                                         |
| Détecteur CO2                                           |         |                                            |                                               |                                |                                                                         |
| <b>RISQUE Laser</b>                                     |         |                                            |                                               |                                |                                                                         |
| Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo) |         | 1<br>consultation<br>tous les 2 à<br>3 ans | medecine du travail<br>CNRS<br>Docteur Ducret | travail avec laser<br>classe 4 | 2 personnes<br>concernées déjà<br>signalées à la<br>medecine du travail |
| Contrôle des systèmes de protection (lunettes)          |         |                                            | contacter medecin du<br>travail CNRS          |                                |                                                                         |
| <b>RISQUE Biologique</b>                                |         |                                            |                                               |                                |                                                                         |
| Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)                |         | 1/an                                       |                                               |                                |                                                                         |
| <b>SANTE SECURITE AU TRAVAIL</b>                        |         |                                            |                                               |                                |                                                                         |

|                                                                 |        |        |                         |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|-----------------|--------|
| Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail |        | 6 mois | Assistant de prevention | Document Unique |        |
| Ascenseurs                                                      |        | 1/an   |                         |                 |        |
| Evaluation des risques                                          | mai-15 | 1 an   | DU et AP                | Document Unique | mai-16 |

|            |       |
|------------|-------|
| à réaliser | 8     |
| réalisés   | 8     |
| % réalisés | 100,0 |

|                               |                                                               |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I2MC Bat L3 (Imagerie)</b> | Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S | juil.-15   |
|                               |                                                               | Page 1 / 2 |

| Objet | Date réalisation | Fréquence | Chargé de la vérification | Enregistrement | Date prochaine réalisation |
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|

|                                                                 |          |        |                     |                                        |         |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|----------------------------------------|---------|
| <b>RISQUE ELECTRIQUE</b>                                        |          |        |                     |                                        |         |
| Ensemble des locaux concernés (1)                               | juil.-14 | 1 / an | VERITAS             | Rapport de vérification                | juil-15 |
| <b>RISQUE INCENDIE</b>                                          |          |        |                     |                                        |         |
| Dispositifs de désenfumage                                      | mai-15   | 1 / an | Fauchet             | Mr Crouzil UPS                         | mai-16  |
| extincteurs                                                     | janv-15  | 1 / an | Chrono-feu          | Registre, compte rendu de vérification | janv-16 |
| Alarme incendie                                                 | mai-15   | 1 / an | Fauchet             | Mr Crouzil UPS                         | mai-16  |
| <b>RISQUE CHIMIQUE</b>                                          |          |        |                     |                                        |         |
| Sorbonnes (2)                                                   | NC       |        |                     |                                        |         |
| <b>RISQUE ANOXIE</b>                                            |          |        |                     |                                        |         |
| Détecteur CO2                                                   |          |        |                     |                                        |         |
| <b>RISQUE Laser</b>                                             |          |        |                     |                                        |         |
| Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)         | mai-15   | 1/an   | Medecine préventive |                                        |         |
| Contrôle des systèmes de protection (lunettes)                  | aucun    |        |                     |                                        |         |
| <b>RISQUE Biologique</b>                                        |          |        |                     |                                        |         |
| Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)                        | NC       |        |                     |                                        |         |
| <b>SANTE SECURITE AU TRAVAIL</b>                                |          |        |                     |                                        |         |
| Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail |          | 6 mois | Coordination HetS   | Signalisation en place                 |         |

|                        |         |      |                   |                                  |         |
|------------------------|---------|------|-------------------|----------------------------------|---------|
| Ascenseurs             | juin-05 | 1/an | A2C               | Rapport de vérification<br>(UPS) | juin-16 |
| Evaluation des risques | nov-14  | 1 an | Coordination HetS | Document unique                  | nov-15  |

|            |       |
|------------|-------|
| à réaliser | 8     |
| réalisés   | 8     |
| % réalisés | 100,0 |

|                                          |                                                               |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I2MC Bat Routine<br/>(Cytométrie)</b> | Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S | juil.-15   |
|                                          |                                                               | Page 1 / 2 |

| Objet | Date réalisation | Fréquence | Chargé de la vérification | Enregistrement | Date prochaine réalisation |
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|

|                                                                 |        |        |                   |                                        |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------------------------|--------|
| <b>RISQUE ELECTRIQUE</b>                                        |        |        |                   |                                        |        |
| Ensemble des locaux concernés (1)                               |        | 1 / an |                   |                                        |        |
| <b>RISQUE INCENDIE</b>                                          |        |        |                   |                                        |        |
| Dispositifs de désenfumage                                      | NC     |        |                   |                                        |        |
| extincteurs                                                     | déc-14 | 1 / an | Desautel          | Registre, compte rendu de vérification | déc-15 |
| Alarme incendie                                                 | mai-15 | 1 / an | Fauchet           | Mr Crouzil UPS                         | mai-16 |
| <b>RISQUE CHIMIQUE</b>                                          |        |        |                   |                                        |        |
| Sorbonnes (2)                                                   | NC     |        |                   |                                        |        |
| <b>RISQUE ANOXIE</b>                                            |        |        |                   |                                        |        |
| Détecteur CO2                                                   | NC     |        |                   |                                        |        |
| <b>RISQUE Laser</b>                                             |        |        |                   |                                        |        |
| Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)         | NC     |        |                   |                                        |        |
| Contrôle des systèmes de protection (lunettes)                  | NC     |        |                   |                                        |        |
| <b>RISQUE Biologique</b>                                        |        |        |                   |                                        |        |
| Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)                        | NC     |        |                   |                                        |        |
| <b>SANTE SECURITE AU TRAVAIL</b>                                |        |        |                   |                                        |        |
| Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail |        | 6 mois | Coordination HetS | Signalisation en place                 |        |
| Ascenseurs                                                      | NC     | 1/an   |                   |                                        |        |
| Evaluation des risques                                          | nov-14 | 1 an   | Coordination HetS | Document unique                        | nov-15 |

|            |      |
|------------|------|
| à réaliser | 6    |
| réalisés   | 5    |
| % réalisés | 83,3 |

|                        |                                                               |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LBCMCP UMR 5088</b> | Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S | juil.-15   |
|                        |                                                               | Page 1 / 1 |

| Objet | Date réalisation | Fréquence | Chargé de la vérification | Enregistrement | Date prochaine réalisation |
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|

|                                                                 |               |                      |                       |                         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| <b>RISQUE ELECTRIQUE</b>                                        |               |                      |                       |                         |         |
| Ensemble des locaux concernés (1)                               | 24-26/03/2015 | 1 / an               | SOCOTEC (UPS)         | rapport de vérification | mars-16 |
| <b>RISQUE INCENDIE</b>                                          |               |                      |                       |                         |         |
| Dispositifs de désenfumage                                      | NC            | 1 / an               |                       |                         |         |
| extincteurs                                                     | janv-15       | 1 / an               | Chronofeu (UPS)       | rapport de vérification | janv-16 |
| Alarme incendie                                                 | janv-15       | 1 / an               | Chronofeu (UPS)       | rapport de vérification | janv-16 |
| <b>RISQUE CHIMIQUE</b>                                          |               |                      |                       |                         |         |
| Sorbonnes (2)                                                   | sept.-14      | 1 / an               | Igienair              | procès verbal           | sept-15 |
| <b>RISQUE ANOXIE</b>                                            |               |                      |                       |                         |         |
| Détecteur CO2                                                   | 01/07/2015    | 6 mois               | APs                   | en fonction             | janv-16 |
| <b>RISQUE Laser</b>                                             |               |                      |                       |                         |         |
| Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)         | ?             | ?                    | Responsable Laser     | Médecine du travail?    | 2015?   |
| Contrôle des systèmes de protection (lunettes)                  |               | à chaque utilisation | Responsable Laser     |                         |         |
| <b>RISQUE Biologique</b>                                        |               |                      |                       |                         |         |
| Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)                        | sept-14       | 1/an                 | Advantec              | rapport de vérification | sept-15 |
| <b>SANTE SECURITE AU TRAVAIL</b>                                |               |                      |                       |                         |         |
| Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail | sept-14       | 6 mois               | Aps                   | signalisation en place  | sept-15 |
| Ascenseurs                                                      |               | 1/an                 | OTIS                  | pannes régulières       |         |
| Evaluation des risques                                          | sept-14       | 1 an                 | Directeur du labo/Aps | document unique         | sept-15 |

à réaliser  
réalisés  
% réalisés

10  
9  
90,0

|              |                                                               |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CMEAB</b> | Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S | juil.-15   |
|              |                                                               | Page 1 / 1 |

| Objet | Date réalisation | Fréquence | Chargé de la vérification | Enregistrement | Date prochaine réalisation |
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|

|                                                                 |                             |        |           |                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>RISQUE ELECTRIQUE</b>                                        |                             |        |           |                                        |                         |
| Ensemble des locaux concernés (1)                               |                             | 1 / an |           | Mr Crouzil UPS                         |                         |
| <b>RISQUE INCENDIE</b>                                          |                             |        |           |                                        |                         |
| Dispositifs de désenfumage                                      |                             | 1 / an |           | Mr Crouzil UPS                         |                         |
| extincteurs                                                     | nov-14                      | 1 / an | Chronofeu | Registre, compte rendu de vérification | nov-15                  |
| Alarme incendie                                                 | mai-15                      | 1 / an | Fauchet   | Mr Crouzil UPS                         | mai-16                  |
| <b>RISQUE CHIMIQUE</b>                                          |                             |        |           |                                        |                         |
| Sorbonnes (2)                                                   | juil.-14                    | 1 / an | Seli      |                                        | juil-15                 |
| <b>RISQUE ANOXIE</b>                                            |                             |        |           |                                        |                         |
| Détecteur O2                                                    | date inscrite sur détecteur | 1/an   | CMEAB     | registre révision du matériel          | voir dates sur détcteur |
| <b>SANTE SECURITE AU TRAVAIL</b>                                |                             |        |           |                                        |                         |
| Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail | Mis en place                | 1 an   | CMEAB, AP | EvRP, document unique                  | dec 2015                |
| Evaluation des risques                                          | janv-15                     | 1 an   | CMEAB, AP | EvRP, document unique                  | janv-16                 |

Verif electrique effectuée, mais en attente des info de Mr Crouzil

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>à réaliser</b> | <b>8</b>     |
| <b>réalisés</b>   | <b>8</b>     |
| <b>% réalisés</b> | <b>100,0</b> |

|                     |                                                               |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PHOTO - IBCG</b> | Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S |                   |
|                     |                                                               | <b>Page 1 / 2</b> |

| Objet | Date réalisation | Fréquence | Chargé de la vérification | Enregistrement | Date prochaine réalisation |
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|
|-------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|

|                                                         |              |        |               |          |      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|----------|------|
| <b>RISQUE ELECTRIQUE</b>                                |              |        |               |          |      |
| Ensemble des locaux concernés (1)                       | janv.-15     | 1 / an | SOCOTEC       | Rapport  | 2016 |
| <b>RISQUE INCENDIE</b>                                  |              |        |               |          |      |
| Dispositifs de désenfumage                              | 19/05/2015   | 1 / an | Eco-Sud-Ouest | Registre | 2016 |
| extincteurs                                             | févr-15      | 1 / an | Desautel      | Registre | 2016 |
| Alarme incendie                                         | janv-15      | 1 / an | SIEMENS       | Registre | 2016 |
| <b>RISQUE CHIMIQUE</b>                                  |              |        |               |          |      |
| Sorbonnes (2)                                           | non concerné |        |               |          |      |
| <b>RISQUE ANOXIE</b>                                    |              |        |               |          |      |
| Détecteur CO2                                           | A faire      |        |               |          |      |
| <b>RISQUE Laser</b>                                     |              |        |               |          |      |
| Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo) | A faire      |        |               |          |      |
| Contrôle des systèmes de protection (lunettes)          | A faire      |        |               |          |      |
| <b>RISQUE Biologique</b>                                |              |        |               |          |      |
| Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)                |              | 1/an   |               |          |      |
| <b>SANTE SECURITE AU TRAVAIL</b>                        |              |        |               |          |      |

|                                                                 |  |        |                        |         |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------|------------------------|---------|------|
| Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail |  | 6 mois | signalisation en place |         |      |
| Ascenseurs                                                      |  | 1/an   | KONE                   | CONTRAT | 2016 |
| Evaluation des risques                                          |  | 1 an   |                        |         |      |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>à réaliser</b> | <b>9</b>    |
| <b>réalisés</b>   | <b>8</b>    |
| <b>% réalisés</b> | <b>88,9</b> |

**Bilan**

|           |      |
|-----------|------|
| IPBS      | 100  |
| METI      | 88,9 |
| CPTP      | 100  |
| ITAV      | 66,7 |
| FR3450    | 100  |
| I2MC Im   | 100  |
| I2MC Cyto | 83,3 |
| LBCMCP    | 90   |
| CMEAB     | 100  |

moyenne 92,1